



PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI FORNITURA DI APPARECCHIATURE ECOGRAFICHE PER LA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI

QUESITI FORMULATI DALLE DITTE E RELATIVE RISPOSTE

Quesito n. 1

In merito alle specifiche tecniche relative all’ecografo per indagini urologiche (lotto 2), siamo a richiedere precisazioni in merito a:

- **Sonda biplanare doppio convex** (primo punto delle “Caratteristiche tecniche migliorative”): deve essere offerta in alternativa alla sonda endfire o intendete acquisire possibilmente entrambe le sonde?

Relativa Risposta: No non e’ in alternativa, rientra la caratteristiche tecniche migliorative oggetto di valutazione.

- E’ richiesto il kit di biopsia anche per la sonda doppio convex?

Relativa Risposta: No

- **Modulo per template trans perineale:** si richiede conferma che trattasi di sistema di posizionamento (Stepper) per procedure di interventistica prostatica (Biopsie di Saturazione, Brachiterapia ecc...) e nel caso se è intenzione della vostra amministrazione dotarsi, oltre che della sonda endfire o biplanare doppio convex, anche di una seconda sonda endocavitaria del tipo lineare/convex, ovvero quella di indicazione elettiva per questo tipo di procedure interventistiche. In sintesi, si richiede di esplicitare se il modulo debba comprendere tutte o alcune delle seguenti voci :

- **Software di puntamento**
- **Sistema di posizionamento (stepper) con griglie intercambiabili**
- **Sonda endocavitaria lineare/convex**

Relativa Risposta: Si tutte le voci.



Precisazione in materia di Inadempienze e penalità

Si precisa che, ai sensi dall'art. 145 del Regolamento Attuativo del Codice dei Contratti Pubblici (D.P.R. 207/2010):

- il testo riportato nel Disciplinare di gara - Art. 14 Inadempienze e penalità:

"[...] In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la Fondazione si riserva di applicare una penale giornaliera pari a Euro 1.000,00 (mille/00)".

deve intendersi sostituito dalla seguente dicitura:

"In caso di mancato rispetto dei termini contrattuali, la Fondazione si riserva di applicare una penale giornaliera pari all' 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale per ciascun lotto. Le penali applicate non potranno essere comunque superiori al 10% del valore complessivo del contratto".

- il testo riportato nel Capitolato Tecnico - Art. 7 Condizioni di utilizzo dell'apparecchiatura:

[...]

"Penale: euro 1.000,00 =(mille/00), per ogni giorno lavorativo di fermo macchina non rientrante nel limite annuo di 15 giorni lavorativi".

deve intendersi sostituito dalla seguente dicitura:

"Penale: per ciascun lotto: 1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno lavorativo di fermo macchina non rientrante nel limite annuo di 15 giorni lavorativi".