



FONDAZIONE IRCCS  
"ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI"

---

20133 Milano – via Venezian, 1 – tel. 02.2390.1 codice fiscale 80018230153 – partita IVA 04376350155

## **AVVISO INDAGINE DI MERCATO**

Si rende noto che la Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori, con sede in via Venezian n.1 – 20133 Milano, con il presente avviso (non vincolante per l'Ente), intende acquisire una manifestazione di interesse da parte di operatori economici, aventi i necessari requisiti, per un'eventuale noleggio di n. 1 Dissettore ad ultrasuoni per chirurgia "open" e laparoscopica con relativo materiale di consumo per la s.c. Chirurgia generale indirizzo oncologico 1 (Epato-Gastro-Pancreatica) per un periodo di 36 mesi, come di seguito specificato.

### **1. CARATTERISTICHE TECNICHE E FUNZIONALI**

#### **CARATTERISTICA A PENA DI ESCLUSIONE:**

**Dissettore ad ultrasuoni con capacità di taglio e coagulo del parenchima epatico sia in chirurgia open che in chirurgia laparoscopica.**

La fornitura dovrà comprendere:

#### **N.1 CONSOLE A ULTRASUONI che abbia le caratteristiche di seguito riportate:**

- Munita di un pannello di controllo di facile utilizzo per permettere all'utente di selezionare le funzioni desiderate;
- Capace di effettuare la dissezione controllata del tessuto, l'irrigazione e l'aspirazione, riducendo l'azione su strutture delicate quali vasi e dotti biliari, e massimizzandola per ottenere un'efficiente cavitazione durante la resezione sul parenchima epatico;
- Utilizzo dei manipoli in funzione "coagulazione" e "taglio" direttamente dalla pedaliera senza dover utilizzare altri presidi aggiuntivi al dispositivo o dover sostituire temporaneamente e ripetutamente i manipoli con altri strumenti. Funzionalità richiesta sia per i manipoli da chirurgia open che per quelli laparoscopici.
- Deve essere dotata di una soluzione che non permetta il surriscaldamento dei manipoli durante gli interventi chirurgici anche prolungati;
- Deve poter essere collegata almeno ad uno dei generatori elettrochirurgici presenti in Istituto (Valleylab Force triad, FX e Force 2, Erbe Vio 300 D, Conmed System 5000 e 7500, Maxium Me 402) per poter effettuare la dissezione unitamente alla coagulazione monopolare, sia in laparotomia che in laparoscopia;
- Munita di interruttore a pedale;
- Carrellata;
- La pedaliera di comando dello strumento, che permetta le principali funzioni, è richiesta priva di cavo (pedaliera wireless).

#### **N.1 MANIPOLO RETTO E N.1 MANIPOLO CURVO**

Entrambi con frequenza di lavoro compresa tra 23 KHz e 36 KHz, leggeri e sterilizzabili.

#### **ACCESSORI PER 420 INTERVENTI**

Che includano tubi di aspirazione e irrigazione, cavo di collegamento del manipolo con il generatore elettrochirurgico, sacca di raccolta, ecc.

## **PUNTE MONOUSO**

- n. 300 punte dritte da chirurgia “open”, con diametro compreso in un range di circa 1 mm e 2.2 mm;
- n. 120 punte da chirurgia laparoscopica, con diametro di circa 2 mm.

## **2. REQUISITI E MODALITÀ PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE**

Gli operatori economici interessati alla procedura in parola, che dispongano dei dispositivi indicati o di altri equivalenti ed in possesso di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionali di cui al D.Lgs. 50/2016, sono invitati ad inoltrare **entro e non oltre il giorno 3 MARZO 2021** i seguenti documenti, redatti in lingua italiana:

- o Dichiarazione di interesse alla fornitura;
- o Schede Tecniche e depliant delle apparecchiature offerte, con indicazione del modello, del produttore, delle caratteristiche tecniche, del CND e (eventuale) Repertorio;
- o Copie delle certificazioni CE delle apparecchiature offerte.

Tale documentazione dovrà essere inviata all'indirizzo [provveditorato@istitutotumori.mi.it](mailto:provveditorato@istitutotumori.mi.it) con il seguente oggetto “AVVISO ESPLORATIVO PER IL NOLEGGIO N.1 1 DISSETTORE AD ULTRASUONI PER CHIRURGIA “OPEN” E LAPAROSCOPICA CON RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO”, indicando se si è iscritti su piattaforma **Sintel** (attraverso la quale verrà espletata l'eventuale procedura di gara).

## **3. IMPORTO**

L'importo posto a base d'asta è di 300.000,00 euro (IVA esclusa).

## **4. AVVERTENZE**

Si precisa che il presente avviso non pone in essere nessuna procedura di gara. La consultazione del mercato ha scopo puramente conoscitivo e finalizzato all'accertamento dell'unicità o della pluralità di operatori economici in grado di fornire le apparecchiature di cui sopra.

Le manifestazioni di interesse formulate da soggetti non in possesso dei requisiti necessari non saranno prese in considerazione.

I dati personali saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento Europeo per la Protezione Dati e la Privacy (General Data Protection Regulation) n.2016/679/UE e al solo fine amministrativo. Nel formulare la propria manifestazione di interesse si dovrà dichiarare di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e comunicazione di cui sopra.