



PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 DISPENSATORE/INIETTORE DI DOSE PER ATTIVITA’ PET PER LA S.C. MEDICINA NUCLEARE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI MILANO COD. CIG 7939545FC9

VERBALE N. 1

Il giorno 31 ottobre 2019, alle ore 11:10, presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS “Istituto Nazionale dei Tumori”, Via Giacomo Venezian 1 - Milano, si riunisce la commissione di gara nella seguente composizione:

Ing. Roberta Pavesi – Direttore s.c. Ingegneria Clinica - Presidente;

Dr.ssa Alice Lorenzoni – Dirigente Medico s.c. Medicina Nucleare – Componente;

Ing. Michele Proietti – Assistente Tecnico della s.c. Ingegneria Clinica – Componente;

Sono presenti per la Fondazione: il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberta Pavesi, Direttore della s.c. Ingegneria Clinica e la Sig.ra Ester Scarpa della s.c. Provveditorato, in qualità di segretario verbalizzante.

Per le ditte sono presenti i seguenti signori:

- Sig. Roberto Tagliabue – in qualità di delegato, della società Tema Sinergie S.p.A.,
- Sig. Giorgio Del Nobolo – Titolare e Sig. Fulvio Vailati – in qualità di delegato, della società Astrim srl;
- Sig.ra Alessia Sipione – in qualità di delegata, della società Comecer S.p.A.;
- Sig. Roberto Rossetti – in qualità di delegato, della società ELSE Solution srl;

Il Presidente della commissione dà avvio alle operazioni di gara dando lettura di quanto segue:

- a) con determinazione n. 79PRO del 28/8/2019 è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) D.lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura di n. 1 Dispensatore/Iniettore di dose per attività PET per la s.c. Medicina Nucleare, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del sopra citato decreto, per l’importo complessivo a base d’asta di € 160.000,00 oltre IVA comprensivo degli oneri per la sicurezza (pari a zero);
- b) con la predetta determinazione sono stati approvati la lettera d’invito e il capitolato, completi dei relativi allegati, afferenti la procedura di cui trattasi;
- c) entro il giorno 27 settembre 2019 - ore 12.00, termine ultimo per la presentazione delle offerte relative alla gara in oggetto, risultano caricate sulla piattaforma Sintel le offerte delle società :

Handwritten signatures and initials in blue ink.



- Tema Sinergie S.p.A.
- Comecer S.p.A.;
- Astrim srl.;
- ELSE Solutions srl

d) con determinazione dirigenziale n. 97PRO del 22 ottobre 2019 è stata nominata la Commissione giudicatrice preposta alla valutazione delle offerte, ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, relativamente alla procedura in parola nella seguente composizione:

<i>Ing. Roberta Pavesi</i>	<i>Direttore s.c. Ingegneria Clinica - presidente</i>
<i>Dr.ssa Alice Lorenzoni</i>	<i>Dirigente Medico s.c. Medicina Nucleare – componente</i>
<i>Ing. Michele Proietti</i>	<i>Assistente tecnico s.c. Ingegneria Clinica – componente</i>

con nota di lunedì 28 ottobre 2019 caricata sul sito Internet della Fondazione e sul portale regionale Sintel si è provveduto alla convocazione, in seduta pubblica, delle suddette società per il giorno 31 ottobre 2019 alle ore 11:00, presso la s.c. Provveditorato della Fondazione.

Ciò premesso,

IL PRESIDENTE

prende atto dei quesiti formulati e delle relative risposte, pubblicati sul portale SINTEL, che costituiscono parte integrante e sostanziale degli atti della presente gara.

LA COMMISSIONE

procede alla verifica dell'ammissibilità delle società concorrenti, provvedendo all'apertura delle offerte amministrative "digitali" presentata a mezzo piattaforma informatica "Sintel" e alla constatazione della presenza della documentazione richiesta nel disciplinare di gara e nel capitolato e alla verifica su ciascun documento della apposizione della firma digitale ai fini della ammissione delle società alla successiva fase di gara.

Si procede al salvataggio dei documenti per la successiva verifica degli stessi.

In esito a tale verifica, i cui risultati sono riportati nel prospetto allegato al presente verbale (all.1),

LA COMMISSIONE

relativamente alla società Tema Sinergie S.p.A.:



dispone l'ammissione alla fase successiva di gara:

relativamente alla società Astrim srl:

dispone l'ammissione alla fase successiva di gara

relativamente alla società Comecer S.p.A.:

dispone l'ammissione con riserva alla fase successiva di gara.

relativamente alla società ELSE Solutions srl:

dispone l'ammissione con riserva alla fase successiva di gara.

LA COMMISSIONE

prima di procedere alla valutazione delle offerte tecniche "digitali" presentate a mezzo piattaforma Sintel, posto che il punteggio complessivo a disposizione per la valutazione qualitativa delle offerte è pari a max punti 70/100, prende atto degli elementi di valutazione e dei relativi punteggi così come specificati negli atti di gara, e di seguito riportati:

ELEMENTI QUALITATIVI	Punteggi MAX
Caratteristiche generali	20
Sistema di frazionamento e infusione	35
Sicurezza	5
Varianti migliorative	7
Manutenzione	3

Relativamente ai parametri di giudizio degli elementi tecnico/qualitativi l'attribuzione dei singoli punteggi avverrà applicando i seguenti coefficienti di valutazione:

- Giudizio ottimo: coefficiente 1
- Giudizio buono: coefficiente 0,80
- Giudizio sufficiente: coefficiente 0,60
- Giudizio non pienamente sufficiente: coefficiente 0,30
- Giudizio insufficiente: coefficiente 0,00

Il punteggio sarà attribuito ad ogni singolo parametro secondo la seguente formula:

Punteggio = coefficiente prescelto x punteggio massimo assegnabile all'elemento di valutazione

Dove:

coefficiente = coefficiente di valutazione attribuito al parametro in esame dell'offerta in esame

x = segno di moltiplicazione

Riparametrazione

Al concorrente che avrà ottenuto il maggior punteggio derivante dalla somma dei punteggi assegnati agli elementi qualitativi verranno attribuiti 70 punti. Alle altre offerte verrà assegnato un punteggio proporzionalmente decrescente.



ATTI N. 1.6.03/324-2019
s.c. Provveditorato

I calcoli relativi all'attribuzione di tutti i punteggi verranno eseguiti computando fino alla seconda cifra decimale, arrotondata all'unità superiore qualora la terza cifra decimale sia pari o superiore a cinque.

La soglia minima di ammissione alla valutazione economica è pari a 42/70 punti, conseguiti prima della riparametrazione.

LA COMMISSIONE

fa propria la sopra riportata griglia di criteri di valutazione ritenendola sufficientemente specifica ed esaustiva e tale da consentire idonea valutazione della fornitura in questione.

LA COMMISSIONE

si riserva di richiedere eventuali integrazioni/chiarimenti che si rendessero necessari nel corso della valutazione tecnica e concorda altresì che ogni discussione, decisione e conseguente valutazione sui singoli aspetti delle offerte avverrà esclusivamente in seduta collegiale.

IL PRESIDENTE

Procede quindi all'apertura delle offerte tecniche digitali presentate e alla constatazione della documentazione ivi inserita dando lettura dei file come di seguito riportato:

TEMA SINERGIE SPA

DOC TECNICA.zip - WinRAR (copia di valutazione)					
File Comandi Utilità Preferiti Opzioni ?					
Archivia Estrai in Verifica Visione Elimina Trova Assistente Info Anti Virus Commenta Autoestraente					
Nome oggetto					
	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
Cartella di file					
A - 192036.M72 REL TECNICA KARL100_T5_IT_Rev.10.pdf.p7m	1.718.069	1.157.387	Documenti inform...	20/09/2019 12:14	D4F6985A
B - 192036.M72 DOCUMENTAZIONE ILLUSTRATIVA.pdf.p7m	1.613.337	1.451.408	Documenti inform...	20/09/2019 12:15	2C4E0F5A
C - 192036.M72 SCHEDA TECNICA ALL.7.pdf.p7m	178.771	150.097	Documenti inform...	20/09/2019 12:19	B9079154
D - 192036.M72 SERV GARANZIA FR.pdf.p7m	1.066.730	911.121	Documenti inform...	20/09/2019 12:19	A64E3B30
E - 192036.M72 SERV POST GARANZIA.pdf.p7m	116.886	97.249	Documenti inform...	20/09/2019 12:20	E504E541
F - 192036.M72 FUNZIONAM E SICUREZZA.pdf.p7m	115.057	95.452	Documenti inform...	20/09/2019 12:21	C93E7633
G - 192036.M72 DIC+PARAZIONE NORME.pdf.p7m	348.190	324.119	Documenti inform...	20/09/2019 12:21	52966770
H - MENNY MED MED31195_Rev01.pdf.p7m	838.495	829.756	Documenti inform...	20/09/2019 12:23	FF3910E
H - PHOENIX MED 27029_rev 15.pdf.p7m	2.266.534	2.257.799	Documenti inform...	20/09/2019 12:26	4A2A347F8
H - TumaS MED 25033_rev 8.pdf.p7m	919.977	912.463	Documenti inform...	20/09/2019 12:26	DC890505
I - CERT 9001_2025_1248_ITA.pdf.p7m	173.437	148.721	Documenti inform...	20/09/2019 12:27	E149E30F
I - CERT 13485_2016_1248_ITA_urn.pdf.p7m	317.280	293.998	Documenti inform...	20/09/2019 12:28	89056ADE
I - MENNY MED CERT 13485_2018_10977_ITA.pdf.p7m	174.816	145.850	Documenti inform...	20/09/2019 12:28	85A27DF9
I - PHOENIX MED CERT 13485_2017_3127_ITA.pdf.p7m	130.587	158.530	Documenti inform...	20/09/2019 12:29	AF1285F7
J - 192036.M72 DESCRIZ ORGANIZZAZIONE.pdf.p7m	120.523	100.569	Documenti inform...	20/09/2019 12:29	475848A5
K - 192036.M72 ADDESTRAMENTO.pdf.p7m	333.214	238.577	Documenti inform...	20/09/2019 12:30	727ABCL6
L - 192036.M72 PROTEZIONE DATI.pdf.p7m	336.371	315.188	Documenti inform...	20/09/2019 14:53	0A85F511
M - 192036.M72 CND FDM.pdf.p7m	117.107	97.502	Documenti inform...	20/09/2019 14:54	D18F669A
N - 192036.M72 TEMPI FORNITURA ED INSTALLAZIONE.pdf.p7m	116.225	96.643	Documenti inform...	20/09/2019 14:55	F2C58042
O - 192036.M72 AGGIORN TECNOLOGICI.pdf.p7m	114.570	94.908	Documenti inform...	20/09/2019 14:56	3D58B146
P - MANUALE KARL100_Ed.4_3_IT.pdf.p7m	25.842.169	13.711.258	Documenti inform...	20/09/2019 14:57	5AED5799
P - RAD-INJECT GAMMA I 09_IT.pdf.p7m	14.707.642	12.333.850	Documenti inform...	25/09/2019 11:29	FF79B719

Totale: 49.317.987 bytes in 22 file

13:23
31/10/2019



ATTI N. 1.6.03/324-2019
s.c. Provveditorato

ASTRIM SRL

BUSTA TECNICA.zip - WinRAR (copia di valutazione)

File Comandi Utilità Preferiti Opzioni ?

Archivia Estrai in Verifica Visione Elimina Trova Assistente Info Anti Virus Commenti Autoestraente

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
Cartella di file					
punti h) i) doc tecnica CE OLANDA.pdf.p7m	452.021	445.302	Documenti inform...	26/09/2019 20:54	FDFAE129
punti h) i) doc tecnica Intego PET 59351005.pdf.p7m	57.589	51.900	Documenti inform...	26/09/2019 20:54	96DEB1E
punto a) doc tecnica.pdf.p7m	166.201	150.721	Documenti inform...	26/09/2019 20:55	91BDC310
punto b) doc tecnica Intego_Brochure_Italian.pdf.p7m	542.423	458.007	Documenti inform...	26/09/2019 20:56	F05C114C
punto c) Allegato 7 Scheda Tecnica Frazionatore.pdf.p7m	338.172	313.594	Documenti inform...	26/09/2019 20:57	1D69DEB1
punto c) e) f) j) doc tecnica.pdf.p7m	182.495	166.433	Documenti inform...	26/09/2019 20:58	8D6ACD87
punto g) doc tecnica int.pdf.p7m	213.881	198.237	Documenti inform...	26/09/2019 20:59	9D0684C4
punto k) doc tecnica int.pdf.p7m	179.101	166.196	Documenti inform...	26/09/2019 21:00	6FA68E57
punto l) Dichiarazione conformità protezione dati int.pdf.p7m	214.665	205.111	Documenti inform...	26/09/2019 21:01	5E13EE94
punto m) doc tecnica int.pdf.p7m	253.833	236.121	Documenti informatici PKCS #7 p	21:01	94AAF2A3
punto n) doc tecnica int.pdf.p7m	201.098	191.644	Documenti inform...	26/09/2019 21:01	4EC1C1C7
punto o) Dichiarazione applicazione eventuali aggiornamenti tecnologici int.pdf.p7m	169.256	160.471	Documenti inform...	26/09/2019 21:03	B19F7CAD
punto p) doc tecnica manuale intego 3031189 Rev C.pdf.p7m	3.543.850	3.490.775	Documenti inform...	26/09/2019 21:04	CC3A8F46

Totale: 6.514.595 bytes in 13 file

13:24
31/10/2019

COMECER SPA

2 Documentazione tecnica.zip - WinRAR (copia di valutazione)

File Comandi Utilità Preferiti Opzioni ?

Archivia Estrai in Verifica Visione Elimina Trova Assistente Info Anti Virus Commenti Autoestraente

Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
Cartella di file					
a) Relazione tecnica			Cartella di file	26/09/2019 14:33	
b) Depliant illustrativi			Cartella di file	26/09/2019 14:33	
c) Scheda tecnica			Cartella di file	26/09/2019 14:34	
d) Relazione tecnica garanzia full risk			Cartella di file	26/09/2019 14:36	
e) Relazione post-garanzia			Cartella di file	26/09/2019 14:36	
f) Documentazione manutenzione-taratura			Cartella di file	26/09/2019 14:37	
g) Dichiarazioni conformità			Cartella di file	26/09/2019 14:37	
h) Certificazione CE			Cartella di file	26/09/2019 14:41	
i) Certificazioni marchi di qualità			Cartella di file	26/09/2019 14:42	
j) Relazione Servizio assistenza			Cartella di file	26/09/2019 14:43	
k) Programma training			Cartella di file	26/09/2019 14:43	
l) Dichiarazione protezione dei dati personali			Cartella di file	26/09/2019 14:43	
m) Elenco CND e repertorio			Cartella di file	26/09/2019 14:43	
n) Tempi di fornitura ed installazione			Cartella di file	26/09/2019 14:43	
o) Eventuali aggiornamenti tecnologici			Cartella di file	26/09/2019 14:43	
p) Manuale d'uso in lingua italiana			Cartella di file	26/09/2019 14:44	

Totale: 16 cartelle

13:25
31/10/2019

[Handwritten signature]



ELSE SOLUTIONS SRL

Documentazione tecnica zip - WinRAR (copia di valutazione)					
File Comandi Utilità Preferiti Opzioni ?					
Archivia Estrai in Verifica Visione Elimina Trova Assistente Info Anti Virus Commento Autocentrante					
Nome oggetto	Dimensione	Compresso	Tipo	Modificato il	CRC32
A) Relazione tecnica.pdf.p7m	1.617.324	1.449.944	Documenti inform...	26/09/2019 15:23	81E69D52
B) 2018-10_Fcsijet_catalogue_v1.pdf.p7m	3.654.845	3.201.928	Documenti inform...	20/09/2019 15:43	0F2B51F9
B) POSUET V3 SCHEDA TECNICA FRAZIONATORE ED INIETTORE AUTOMATICO_rev5.pdf.p7m	243.008	205.073	Documenti inform...	20/09/2019 15:43	1821B165
BERETTA - Cl.pdf.p7m	708.725	700.494	Documenti inform...	19/09/2019 10:07	BAAFB4D3
C) Allegato 7 Scheda Tecnica - Frazionatore.pdf.p7m	558.117	518.155	Documenti inform...	26/09/2019 14:58	623AB154
D) DICHIARAZIONE DISPONIBILITÀ PARTI DI RICAMBIO LEMER PAX.pdf.p7m	32.060	23.594	Documenti inform...	26/09/2019 14:43	133B5C38
D) Organizzazione assistenza tecnica FULL RISK.pdf.p7m	382.297	308.074	Documenti inform...	20/09/2019 15:49	6595AF6A
E) Modalità manutenzione post garanzia.pdf.p7m	374.216	296.407	Documenti inform...	20/09/2019 15:49	FC1A504E
F) Documentazione manutenzione ordinaria.pdf.p7m	352.663	279.516	Documenti inform...	20/09/2019 15:50	47232B9C
G) Dichiarazione conformità prescrizioni sicurezza.pdf.p7m	364.525	290.944	Documenti inform...	20/09/2019 15:50	4073955F
H) 20210509 CERTIFICATO KIT VYGON 93-42-CEE.pdf.p7m	109.523	93.716	Documenti inform...	20/09/2019 15:51	2DE34E9E
H) 20220417 CE LNE Posijet Jetty Epjet 2019.pdf.p7m	132.284	115.941	Documenti inform...	20/09/2019 15:51	10FB253D
H) CERTIFICATO CE POSUET (20161006) (FR EN).pdf.p7m	488.925	394.035	Documenti inform...	20/09/2019 15:51	4A64E7A7
H) DICHIARAZIONE CONFORMITÀ CE VYGON.pdf.p7m	87.133	82.222	Documenti inform...	20/09/2019 15:52	580E2AC6
I) 20220417 ISO 9001 LEMER PAX.pdf.p7m	87.476	76.220	Documenti inform...	20/09/2019 15:52	A0578A76
I) 20220417 ISO 13485 LEMER PAX.pdf.p7m	68.487	58.594	Documenti inform...	20/09/2019 15:52	34654565
I) ISO 9001 2015 ELSE.pdf.p7m	94.677	88.153	Documenti inform...	20/09/2019 15:53	934DC66D
I) ISO 13485 2016 ELSE.pdf.p7m	94.588	88.455	Documenti inform...	20/09/2019 15:53	630D6E6D
I) Descrizione servizio assistenza tecnica.pdf.p7m	369.701	296.409	Documenti inform...	20/09/2019 15:54	1488805F
K) Programma addestramento.pdf.p7m	204.633	130.996	Documenti inform...	23/09/2019 09:36	669490CD
L) Dichiarazione conformità protezione dati.pdf.p7m	345.172	209.737	Documenti inform...	23/09/2019 09:42	91E22766
L) DICHIARAZIONE LEMER PAX GDPR.pdf.p7m	38.459	29.053	Documenti inform...	23/09/2019 09:36	8EE75FC2
M) Elenco dettaglio CND.pdf.p7m	275.100	197.976	Documenti inform...	23/09/2019 09:37	6687B6EA
N) tempi di fornitura.pdf.p7m	270.944	193.876	Documenti inform...	26/09/2019 15:09	C6701BEC
O) Aggiornamenti tecnologici.pdf.p7m	270.597	194.407	Documenti inform...	26/09/2019 15:36	78A3F6D5
P) POSUET-V3 MANUALE UTENTE (IT).pdf.p7m	7.457.191	6.763.999	Documenti inform...	20/09/2019 15:54	95DB47FD

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni da mettere a verbale. Nessuna osservazione da parte dei rappresentanti della società.

Il Presidente alle ore 12:00 dichiara tolta la seduta pubblica.


Letto, confermato e sottoscritto



IL RUP e PRESIDENTE: Ing. Roberta Pavesi

COMPONENTE: Dr.ssa Alice Lorenzoni

COMPONENTE: Ing. Michele Proietti

SEGRATARIA: Sig.ra Ester Scarpa



PROCEDURA NEGOZIATA PER LA FORNITURA DI N. 1 DISPENSATORE/INIETTORE DI DOSE PER ATTIVITA' PET PER LA S.C. MEDICINA NUCLEARE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI COD. CIG 7939545FC9

Allegato n. 1 - Verifica Documenti amministrativi

Lettera		Tema Sinergie SpA	Comecer SpA	Astrim srl	Else Solutions srl
a)	Copia scansionata 1. Domanda di partecipazione (Allegato 1); 2. Documento di Gara Unico Europeo - DGUE (Allegato 2); 3. Dichiarazione sostitutiva (Allegato 3).	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
b)	Copia scansionata e firmata digitalmente (<u>dal soggetto firmatario dell'offerta e dall'istituto che emette la garanzia</u>) della garanzia provvisoria, pari al 2% dell'importo complessivo a base d'asta (€ 3.200,00) da presentarsi ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs 50/2016, a mezzo di polizza fideiussoria rilasciata da Istituto autorizzato, legittimato ad emettere fideiussione per la tipologia e l'importo richiesto, secondo le norme vigenti. In alternativa la garanzia provvisoria potrà essere prodotta in originale e dovrà pervenire presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori - Via Venezian n. 1- 20133 Milano, entro e non oltre il termine perentorio di presentazione dell'offerta (in quest'ultimo caso si invita la società offerente a darne evidenza all'interno della documentazione amministrativa caricata attraverso la piattaforma Sintel). La polizza dovrà contenere, le seguenti clausole: • operatività a semplice richiesta della Fondazione; • versamento della somma garantita entro 15 gg. dalla richiesta; • espresa rinuncia al beneficio della preventiva escussione ex art. 1944 c.c.; • rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2 Cod. civ. • durata non inferiore a 180 giorni dalla scadenza del termine ultimo di presentazione delle offerte	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO
c)	Copia scansionata e firmata digitalmente della dichiarazione resa ai sensi dell'art. 93 comma 8 del D.Lgs. n. 50/2016, recante l'impegno di un fideiussore a rilasciare, in caso di affidamento, la garanzia fideiussoria, con le modalità di cui all'art. 103 del citato decreto. Nel caso di partecipazione alla gara di un costituendo raggruppamento d'impresa, l'impegno deve essere necessariamente prestato sia per l'impresa capogruppo designata, sia per la/e mandante/i, ossia a tutte le imprese associate; in caso di Consorzio l'impegno deve essere necessariamente prestato al Consorzio considerato nel suo complesso.	☒ NO	☒ NO	☒ NO	☒ NO

[Handwritten signature]

d)	Copia scansionata del Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali (allegato 4): il documento dovrà essere datato e firmato digitalmente per accettazione dal Legale rappresentante o procuratore. Per i Consorzi o i raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o al consorzio	☒ SI	NO	☒ SI	NO	☒ SI	NO
e)	Copia scansionata della ricevuta dell'avvenuto pagamento del contributo di partecipazione alla gara a favore dell'Autorità di Vigilanza Contratti Pubblici secondo le modalità di seguito descritte. Gli operatori economici che intendono partecipare alla presente procedura devono versare il contributo, nella misura prevista dall'art. 2 della deliberazione 5 marzo 2014, entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte prevista dal presente disciplinare. Il mancato pagamento del suddetto contributo costituisce causa di esclusione dalla gara.	☒ SI	NO	☒ SI	NO	☒ SI	NO



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 DISPENSATORE/INIETTORE DI DOSE PER ATTIVITA' PET PER LA S.C. MEDICINA NUCLEARE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI MILANO COD. CIG 7939545FC9

VERBALE N. 2

Il giorno 8 novembre 2019, alle ore 14.30, presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori", Via Giacomo Venezian 1 - Milano, si riunisce la commissione di gara nella seguente composizione:

Ing. Roberta Pavesi – Direttore s.c. Ingegneria Clinica - Presidente;

Dr.ssa Alice Lorenzoni – Dirigente Medico s.c. Medicina Nucleare – Componente;

Ing. Michele Proietti – Assistente Tecnico della s.c. Ingegneria Clinica – Componente;

La Sig.ra Sonia Citron, Coadiutore Amministrativo Esperto della s.c. Provveditorato, partecipa alla seduta riservata in qualità di segretario verbalizzante.

Premesso che in data 31 ottobre 2019 si è provveduto all'apertura delle offerte amministrative e tecniche digitali a mezzo di piattaforma Sintel delle seguenti società partecipanti: Tema Sinergie S.p.A., Astrim srl, Comecer S.p.A. e ELSE Solution srl;

LA COMMISSIONE

Dà inizio in seduta riservata alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle società:

- Tema Sinergie S.p.A.
- Astrim srl
- Comecer S.p.A.
- ELSE Solution srl

LA COMMISSIONE

Durante la valutazione delle offerte tecniche manifesta la necessità di chiedere alle ditte, i seguenti chiarimenti:

ASTRIM SRL

- Si chiede di indicare il rateo di dose alla distanza di 5 cm con attività di 750 mCi.

COMECE S.P.A.

- Si chiede di indicare i ratei di dose alle distanze di 5, 10 e 30 cm con attività di 750 mCi.



ELSE SOLUTION

- Si chiede di indicare i ratei di dose alle distanze di 5, 10 e 30 cm con attività di 750 mCi.

Pertanto chiede alla s.c. Provveditorato di inviare una richiesta in merito, alle società partecipanti chiedendo di farle pervenire entro il 13 novembre 2019 alle ore 13:00.

Il Presidente alle ore 15:30 dichiara tolta la seduta pubblica.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RUP e PRESIDENTE: Ing. Roberta Pavesi

COMPONENTE: Dr.ssa Alice Lorenzoni

COMPONENTE: Ing. Michele Proietti

SEGRATARIA: Sig.ra Sonia Citron



**PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1
DISPENSATORE/INIETTORE DI DOSE PER ATTIVITA' PET PER LA S.C. MEDICINA
NUCLEARE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI MILANO COD. CIG
7939545FC9**

VERBALE N. 3

Il giorno 13 novembre 2019, alle ore 14:00, presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori", Via Giacomo Venezian, 1 - Milano, si riunisce la commissione di gara in seduta riservata nella seguente composizione:

Ing. Roberta Pavesi – Direttore s.c. Ingegneria Clinica - Presidente;

Dr.ssa Alice Lorenzoni – Dirigente Medico s.c. Medicina Nucleare – Componente;

Ing. Michele Proietti – Assistente Tecnico della s.c. Ingegneria Clinica – Componente;

La Sig.ra Ester Scarpa, Assistente Amministrativo della s.c. Provveditorato, partecipa alla seduta riservata in qualità di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che il giorno 11 novembre 2019, la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori", Via Giacomo Venezian, 1 - Milano, a seguito della richiesta della Commissione, ha inviato le seguenti comunicazioni alle società partecipanti, tramite portale Sintel:
 - ✓ ID 117718828, richiesta di chiarimenti alla ditta Astrim srl;
 - ✓ ID 117718987, richiesta di chiarimenti alla ditta Comecer S.p.A.;
 - ✓ ID 117719297, richiesta di chiarimenti alla ditta ELSE Solutions srl;
- che le ditte sopracitate, entro il termine previsto, 13 novembre 2019 ore 13:00, tramite portale Sintel, hanno dato riscontro a quanto richiesto dalla Fondazione;

LA COMMISSIONE

a seguito dei chiarimenti ricevuti dalle società procede alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte prodotte dalle società:

- Tema Sinergie S.p.A.
- Astrim srl
- Comecer S.p.A.



- ELSE Solution srl

LA COMMISSIONE

Durante la valutazione delle offerte tecniche manifesta la necessità di chiedere il seguente chiarimento alla ditta:

TEMA SINERGIE S.P.A.:

- Si chiedono i ratei di dose del sistema RAD-INJECT a 5-10-30 cm.

Pertanto chiede alla s.c. Provveditorato di inviare una richiesta in merito alla suddetta società.

Il Presidente alle ore 15:30 dichiara la seduta tolta.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RUP e PRESIDENTE: Ing. Roberta Pavesi

COMPONENTE: Dr.ssa Alice Lorenzoni

COMPONENTE: Ing. Michele Proietti

SEGRATARIA: Sig.ra Ester Scarpa



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 DISPENSATORE/INIETTORE DI DOSE PER ATTIVITA' PET PER LA S.C. MEDICINA NUCLEARE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI MILANO COD. CIG 7939545FC9

VERBALE N. 4

Il giorno 21 novembre 2019, alle ore 10:00, presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori", Via Giacomo Venezian 1 - Milano, si riunisce la commissione di gara in seduta riservata nella seguente composizione:

Ing. Roberta Pavesi – Direttore s.c. Ingegneria Clinica - Presidente;

Dr.ssa Alice Lorenzoni – Dirigente Medico s.c. Medicina Nucleare – Componente;

Ing. Michele Proietti – Assistente Tecnico della s.c. Ingegneria Clinica – Componente;

La Sig.ra Ester Scarpa, Assistente Amministrativo della s.c. Provveditorato, partecipa alla seduta riservata in qualità di segretario verbalizzante.

PREMESSO

- che il giorno 14 novembre 2019, la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori", Via Giacomo Venezian, 1 - Milano, a seguito della richiesta della Commissione, ha inviato la seguente comunicazione alla società partecipante, tramite portale Sintel:
 - ✓ ID 117892722, richiesta di chiarimenti alla ditta Tema Sinergie Sp.A.;
- che la ditta sopracitata, entro il termine previsto, 19 novembre 2019, tramite portale Sintel, ha dato riscontro a quanto richiesto dalla Fondazione;

LA COMMISSIONE

procede ad attribuire i punteggi delle società Astrim srl, Comecer S.p.A, ELSE Solutions e Tema Sinergie S.p.A., come di seguito riportati:

- Astrim srl: **punti 32/70** per le motivazioni riportate nell'allegato 1);
- Comecer S.p.A.: **punti 43/70** per le motivazioni riportate nell'allegato 1);
- ELSE Solutions: **punti 47/70** per le motivazioni riportate nell'allegato 1);
- Tema Sinergie S.p.A.: **punti 63/70** per le motivazioni riportate nell'allegato 1);



LA COMMISSIONE

rilevato che il punteggio minimo necessario per l'ammissione alla fase successiva di valutazione economica è di 42/70 prima della riparametrazione dei punteggi, dichiara di escludere la società **Astrim srl**, in quanto l'offerta tecnica presentata dalla ditta non ha raggiunto il punteggio minimo previsto negli atti di gara e all'unanimità dichiara ammesse alla fase successiva di apertura dell'offerta economica le seguenti società:

- Comecer S.p.A.
- ELSE Solutions
- Tema Sinergie S.p.A.

Il Presidente alle ore 10:30 dichiara la seduta tolta

Letto, confermato e sottoscritto

IL RUP e PRESIDENTE: Ing. Roberta Pavesi

COMPONENTE: Dr.ssa Alice Lorenzoni

COMPONENTE: Ing. Michele Proietti

SEGRATARIA: Sig.ra Ester Scarpa

Allegato 1

Caratteristiche Generali			Circuiti elettrici			ASTRIM			COMECER			ELSE			TEMA														
Sistema completamente automatizzato per la preparazione e l'iniezione della dose di FDG o altri radiofarmaci; - Peso e dimensioni contenuti; - Struttura compatta con movimento motorizzato su ruote facilmente trasportabili; - Alimentazione a batteria e da rete elettrica; - Manovrabilità, ergonomia e facilità d'uso nella fase di somministrazione; - Connessione wi-fi alla rete intranet ospedaliera; - Integrazione con protocollo DICOM per connessione diretta RIS PACS (possibilità di scaricare dalla rete ospedaliera la waitlist giornaliera e di inviare al PACS informazioni relative ai dati dell'iniezione e il valore stimato della dose associata per organo e della dose totale); - Stampante di etichette per la registrazione dell'iniezione;			20			L'offerta presentata da ASTRIM risponde in maniera non pienamente sufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare il peso è di 355 kg e le sue dimensioni sono di 508 x 692 p.x. 1307 h. Il funzionamento dell'apparecchiatura con batteria ha durata di 1 ora. L'apparecchiatura ha solo la predisposizione per la connessione wi-fi alla rete ospedaliera e non vengono offerti (anche se disponibili) software ed hardware per il collegamento con HIS PACS.			0,3			L'offerta presentata da COMECER ha buona rispondenza con quanto richiesto in capitolo. In particolare il peso dell'apparecchiatura è di 330 kg e le sue dimensioni sono di 635 x 810 p.x. 900 h. Inoltre la durata delle batterie è di 8 ore in stand by. Si apprezza la possibilità di connettere via cavo e wi-fi l'apparecchiatura alla rete ospedaliera e l'invio/ricezione delle informazioni al RIS/PACS.			0,6			L'offerta presentata da ELSE risponde in maniera sufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare il peso dell'apparecchiatura è di 380 kg e le sue dimensioni sono: 620 x 929 p.x. 1261 h. Si apprezza la durata delle batterie di 8 ore in utilizzo continuo. La connessione wi-fi e via cavo alla rete ospedaliera è presente. Inoltre la possibilità di connettere in wi-fi e via cavo l'apparecchiatura alla rete ospedaliera e l'invio/ricezione delle informazioni al RIS PACS.			12			1					
SISTEMA DI RAZIONAMENTO E INIEZIONE - Sistema di frazionamento automatico con calibratore di dose integrato; - Frazionatore di FDG con iniettore integrato; - Adeguata schematura per limitare l'esposizione agli operatori (indicare i valori dei tassi di dose 5-10-30 cm); - Sistema elettronico di semplice e rapida gestione del processo di frazionamento, e di iniezione, da parte dell'operatore; - Pannello di controllo esterno per la gestione dell'apparecchiatura, la visualizzazione dei parametri di funzionamento e lo stato della stessa (con relativi allarmi); - Velocità di iniezione variabile ed impostabile dall'operatore; - Calibrazione wi-fi dei dati relativi all'attività, al volume ed al paziente (con possibilità di archiviazione dati su computer); - Sistema di contenimento del "vuoto" di semplice accesso per le procedure di caricamento; - Completamento di tutti gli accessori per il corretto caricamento del contenitore del radiofarmaco; - Possibilità e facilità di iniezione per studi dinamici in sala diagnostica; - Adattabilità agli elevati carichi di lavoro della diagnostica (ca. 30 pazienti/giorno);			35			L'offerta presentata da ASTRIM risponde in maniera sufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare i tassi di dose sono: a 5 cm 37 µSv/hr a 10 cm 11 µSv/hr a 30 cm 9 µSv/hr			0,6			L'offerta presentata da COMECER risponde in maniera sufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare i tassi di dose sono: a 5 cm 18 µSv/hr a 10 cm 10 µSv/hr a 30 cm 2,3 µSv/hr			0,6			L'offerta presentata da ELSE ha buona rispondenza con quanto richiesto in capitolo. In particolare i tassi di dose sono: a 5 cm 7,5 µSv/hr a 30 cm 0,15 µSv/hr Si apprezza inoltre la certificazione del sistema per uso pediatrico.			0,8			L'offerta presentata da TEMA ha buona rispondenza con quanto richiesto in capitolo. In particolare i tassi di dose sono: a 5 cm 7,02 µSv/hr a 10 cm 5,06 µSv/hr a 30 cm 1,07 µSv/hr Si apprezza la facilità di iniezione per studi dinamici in sala diagnostica grazie alla possibilità di spostare solo la siringa per l'iniezione con il relativo stativo. Si apprezza inoltre l'adattabilità al sistema di iniezione di tipo "push" e la possibilità di iniezione in 2 minuti contemporaneamente ed in luoghi diversi.			0,8		
SICUREZZA - controlli di sicurezza automatici su: - chiusura portello per la schematura del materiale radioattivo - controllo automatizzato del fascio madre - blocco di sicurezza dell'iniezione in caso di anomalie e sistema di controllo delle bolle d'aria; - stato delle batterie - possibilità, in caso di emergenza, di dispensare anche manualmente mantenendo integre tutte le condizioni di sterilità e radioprotezione - massima sicurezza nell'iniezione del paziente.			5			L'offerta presentata da ASTRIM risponde in maniera sufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare il sistema di interlock automatizzato per il portello di chiusura. Il sistema è invece dotato di un blocco di sicurezza dell'iniezione in caso di anomalie.			0,6			L'offerta presentata da COMECER ha buona rispondenza con quanto richiesto in capitolo. In particolare il sistema di interlock automatizzato per il portello di chiusura e di un blocco di sicurezza dell'iniezione in caso di anomalie.			0,8			L'offerta presentata da ELSE ha buona rispondenza con quanto richiesto in capitolo. In particolare il sistema di interlock automatizzato per il portello di chiusura e di un blocco di sicurezza dell'iniezione in caso di anomalie.			4			1					
Varianti migliorative																													
Manutenzione			7			L'offerta presentata da ASTRIM risponde in maniera insufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare non vengono offerte varianti migliorative.			0			L'offerta presentata da COMECER risponde in maniera insufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare non vengono offerte varianti migliorative.			0			L'offerta presentata da ELSE risponde in maniera insufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare non vengono offerte varianti migliorative.			0			L'offerta presentata da TEMA risponde in maniera ottimale a quanto richiesto in capitolo. In particolare il sistema di interlock automatizzato per il portello di chiusura e di un blocco di sicurezza dell'iniezione in caso di anomalie. Inoltre si apprezza il fatto che il paziente non sia mai connesso direttamente al fascio madre eliminando il rischio di contatto con il fascio. Inoltre il fatto dei mini iniettori sconfigge il rischio di iniezione accidentale.			1		
			3			L'offerta presentata da ASTRIM risponde in maniera sufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare viene eseguita 1 MP/anno e i tempi di intervento sono di 8 ore. La ditta ASTRIM garantisce gli interventi di sabato solo a pagamento e in base alla disponibilità dei tecnici.			0,6			L'offerta presentata da COMECER risponde in maniera sufficiente a quanto richiesto in capitolo. In particolare viene eseguita 1 MP/anno e i tempi di intervento sono di 8 ore. La ditta COMECER garantisce gli interventi di sabato solo a pagamento e in base alla disponibilità dei tecnici.			1			L'offerta presentata da ELSE risponde in maniera ottimale a quanto richiesto in capitolo. In particolare viene eseguita 1 MP/anno e i tempi di intervento sono di 8 ore. La ditta ELSE garantisce gli interventi anche il sabato.			3			L'offerta presentata da TEMA risponde in maniera ottimale a quanto richiesto in capitolo. In particolare viene eseguita 1 MP/anno e i tempi di intervento sono di 8 ore. La ditta TEMA inoltre garantisce gli interventi anche il sabato.			1		
			70						37			43			47			63											
			35						48			52,2			70														

[Handwritten signature]



PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 1 DISPENSATORE/INIETTORE DI DOSE PER ATTIVITA' PET PER LA S.C. MEDICINA NUCLEARE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO TUMORI MILANO COD. CIG 7939545FC9

VERBALE N. 5

Il giorno 25 novembre 2019, alle ore 11.00, presso la s.c. Provveditorato della Fondazione IRCCS "Istituto Nazionale dei Tumori", Via Venezian, 1 - Milano, si riunisce la commissione di gara nella seguente composizione:

Ing. Roberta Pavesi – Direttore s.c. Ingegneria Clinica - Presidente;

Dr.ssa Alice Lorenzoni – Dirigente Medico s.c. Medicina Nucleare – Componente;

Ing. Michele Proietti – Assistente Tecnico della s.c. Ingegneria Clinica – Componente;

Sono presenti per la Fondazione: il Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Roberta Pavesi, Direttore della s.c. Ingegneria Clinica e la Sig.ra Ester Scarpa della s.c. Provveditorato, in qualità di segretario verbalizzante.

Per le ditte sono presenti i seguenti signori:

- Sig. Roberto Tagliabue – in qualità di delegato, della società Tema Sinergie S.p.A.,
- Sig. Giorgio Del Nobolo – Titolare e Sig. Fulvio Vailati – in qualità di delegato, della società Astrim srl;
- Sig.ra Alessia Sipione – in qualità di delegata, della società Comecer S.p.A.;
- Sig. Roberto Rossetti – in qualità di delegato, della società ELSE Solution srl;

IL PRESIDENTE

apre la seduta pubblica dando sintetica lettura delle risultanze dei verbali n. 2, 3 e n. 4, relativi alla valutazione tecnico-qualitativa delle offerte presentate, effettuata dalla Commissione in seduta riservata;

IL PRESIDENTE

– in particolare dà lettura del verbale n. 4 dal quale si evincono i seguenti punteggi:

- | | |
|----------------------|---------------------|
| – Astrim srl | punti 32/100 |
| – Comecer S.p.A. | punti 43/100 |
| – ELSE Solutions srl | punti 47/100 |



– Tema Sinergie S.p.A.

punti 63/100

- visti i punteggi viene comunicato alla società Astrim s.r.l. l'esclusione dalla presente procedura in quanto l'offerta tecnica presentata dalla ditta non ha raggiunto il punteggio minimo previsto negli atti di gara, 42/70;
- dà atto che, con comunicazione inviata a mezzo piattaforma Sintel ID 118170281 di giovedì 21 novembre 2019 si è provveduto alla convocazione della seduta odierna, dandone altresì comunicazione sul sito Internet della Fondazione;

LA COMMISSIONE

Prende atto, per l'attribuzione del punteggio economico, della formula prevista all'art. 3 del Disciplinare di gara di seguito riportata:

$$X_i = \frac{P \times C}{P_i}$$

Ove:

X_i = punteggio attribuito al concorrente i -esimo

P = prezzo complessivo più basso offerto

C = Coefficiente attribuito all'elemento considerato (30 punti)

P_i = prezzo complessivo offerto dal concorrente i -esimo

Il valore risultante dai conteggi di cui sopra verrà arrotondato alla seconda cifra decimale.

LA COMMISSIONE

Procede all'apertura delle offerte economiche presentate dalle suddette società a mezzo piattaforma "Sintel" e a scaricare i relativi allegati dando lettura dell'importo offerto:

COMECER SPA

Importo complessivo offerto comprensivo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività oggetto dell'appalto

€ 82.870,00 oltre IVA

ELSE SOLUTIONS SRL

Importo complessivo offerto comprensivo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività oggetto dell'appalto

€ 56.000,00 oltre IVA

TEMA SINERGIE SPA

Importo complessivo offerto comprensivo degli oneri per la sicurezza propri dell'attività oggetto dell'appalto

€ 89.900,00 oltre IVA

e dà atto dell'attribuzione dei punti (max 30/100) relativamente alle offerte economiche delle nominate ditte calcolato utilizzando la formula sopra riportata:



ATTI N. 1.6.03\324-2019
s.c. Provveditorato

COMECER SPA

punteggio relativo al prezzo 20,27/100

ELSE SOLUTIONS SRL

punteggio relativo al prezzo 30,00/100

TEMA SINERGIE SPA

punteggio relativo al prezzo 18,69/100

LA COMMISSIONE

procede quindi alla somma del punteggio relativo agli elementi qualitativi e del punteggio relativo al prezzo, e dà atto delle seguenti risultanze:

COMECER SPA

punteggio complessivo 68,27/100

ELSE SOLUTIONS SRL

punteggio complessivo 82,20/100

TEMA SINERGIE SPA

punteggio complessivo 88,69/100

LA COMMISSIONE

procede, ai fini dell'individuazione dell'eventuale anomalia dell'offerta, ai sensi e per gli effetti dell' art. 97 D.Lgs n. 50/2016 così come previsto dall'art. 5 del Disciplinare di gara, alla verifica della congruità delle offerte presentate;

LA COMMISSIONE

calcolati dapprima i 4/5 dei punteggi massimi relativi agli elementi qualitativi e al prezzo, come segue:

Elementi qualitativi (Max 70/100): 56

Prezzo (max 30/100): 24

rilevato che, sia la somma dei punti relativi al prezzo sia la somma dei punti relativi agli elementi qualitativi dell'offerta della società di seguito indicata non è superiore ai 4/5 dei corrispettivi punti massimi, dichiara la stessa non sospetta di anomalia:

- **TEMA SINERGIE S.P.A.**

LA COMMISSIONE

proclama la predetta società aggiudicataria provvisoria dell'appalto in oggetto per l'importo complessivo offerto di € 89.900,00 oltre IVA, dando atto che l'importo per gli oneri propri dell'attività oggetto dell'appalto sono pari a € 1.340,00.

Il Presidente chiede se ci sono osservazioni da mettere a verbale. Nessuna osservazione da parte dei rappresentanti della società.

Il Presidente alle ore 11:30 dichiara tolta la seduta pubblica.



ATTI N. 1.6.03/324-2019
s.c. Provveditorato

IL RUP e PRESIDENTE: Ing. Roberta Pavesi

COMPONENTE: Dr.ssa Alice Lorenzoni

COMPONENTE Ing. Michele Proietti

SEGRETARIA: Sig.ra Ester Scarpa