



PROCEDURA APERTA IN FORMA AGGREGATA PER LA FORNITURA MEDIANTE NOLEGGIO DI SISTEMI ANALITICI COMPLETI PER INDAGINI DI IMMUNOEMATOLOGIA ERITROCITARIA IN AUTOMAZIONE MEDIANTE TECNICA DI AGGLUTINAZIONE SU MICROCOLONNA E MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI ALLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE DEI TUMORI (ENTE CAPOFILA) E ALL'ASST MELEGNANO MARTESANA, PER UN PERIODO DI 5 ANNI - CIG 7943805B41

QUESITO N. 18

In relazione a quanto riportato nelle Tabelle dei fabbisogni alle pagine 2-3-4 del Capitolato Tecnico, nello specifico a riguardo delle tipologia di esami, si chiede

- di confermare che, per quanto concerne la determinazione del gruppo indiretto, il SIMT dell'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori necessita di emazie testo commerciali A1-A2-B-0 e il SIMT dell'ASST Melegnano Martesana solo di emazie testo commerciali A1-B-0;
- di confermare, a riguardo della titolazione delle isoagglutinine, che il SIMT dell'IRCCS Istituto Nazionale dei Tumori ed il SIMT della ASST Melegnano Martesana eseguono solo la titolazione delle isogglutinine in salina ed in Coombs e che i due centri non eseguono anche le titolazioni degli anticorpi irregolari;
- di definire, sempre a riguardo della titolazione, un valore medio di diluizioni eseguite per determinare il titolo degli anticorpi per dare modo alle ditte partecipanti di uniformare il calcolo delle quantità dei reagenti offerti per tale voce;
- di specificare, sempre a riguardo della titolazione, quali presidi ospedalieri della ASST Melegnano Martesana eseguiranno le titolazioni su strumentazione automatica.

RISPOSTA N. 18

- Per la Fondazione IRCCS: vedasi risposta al quesito 1.
Per l'ASST Melegnano-Martesana: sul Capitolato è riportato emazie testo A1,B,O . Se disponibili si preferirebbero emazie testo : A1,A2,B,O
- Per la Fondazione IRCCS: si conferma.
Per l'ASST Melegnano-Martesana: il n. di titolazioni è da riferirsi alla titolazione di anticorpi irregolari e agli anticorpi immuni anti A e anti B
- Per la Fondazione IRCCS: le diluizioni per singolo campione da testare per la titolazione di isoagglutinine sono in numero di 12 (12 x definizione anti-A in salina, 12 per definizione anti-B in salina, 12 x definizione anti-A in Coombs, 12 per definizione anti-B in Coombs).
Per l'ASST Melegnano-Martesana: n. medio di diluizioni 6.
- la titolazione verrà eseguita nei 3 Presidi Ospedalieri.

QUESITO N. 19

In relazione alle Caratteristiche oggetto di valutazione, alla voce Strumentazione, laddove viene chiesto di specificare tempi di:

- dispensazione;
- incubazione;
- centrifugazione;
- lettura (tempo e modalità);
- interpretazione dei test come previsti dalle metodiche sia nella loro esecuzione automatica che in quella manuale;

Nota: riportare i tempi sia per singolo test che in condizione associate a test multipli, per singolo campione e per batch di 5 campioni

Al fine di rendere obbiettive e comparabili le tempistiche dichiarate dalle aziende partecipanti, si chiede:

- di specificare, a proposito di quanto riportato in nota, per quale test singolo e per quale associazione di test debbano essere riportati i tempi di esecuzione per singolo campione e per batch di 5 campioni;
- di specificare se debbano essere riportate tutte le tempistiche per le varie fasi descritte sia per l'esecuzione con strumentazione automatica che per l'esecuzione con strumentazione manuale (incubatore + centrifuga + lettore) e quale documentazione debbano presentare le ditte per attestare le tempistiche dichiarate;
- di chiarire cosa s'intenda per "*interpretazione dei test come previsti dalle metodiche sia nella loro esecuzione automatica che in quella manuale*".

RISPOSTA N. 19

- Vedasi risposta Quesito 2.
- Vengono richieste tutte le tempistiche per tutte le fasi, per tutti i test sia nella loro esecuzione automatica che manuale. Le predette tempistiche dovranno essere riportate in un apposito paragrafo della relazione tecnica.
- Definire l'interpretazione in funzione degli score di reazione rilevabili.

QUESITO N. 20

Viene richiesto che le Ditte concorrenti presentino una dichiarazione del fabbricante in cui si dichiara la disponibilità per tutte le parti di ricambio della strumentazione per almeno 10 anni dalla data di uscita di produzione della macchina.

Considerando che la durata di gara è di 5 anni e che trattasi di una fornitura di strumentazione in service che rimane di proprietà delle Ditte offerenti, con la presente si chiede di confermare che detta richiesta debba intendersi come refuso non essendoci alcuna acquisizione di proprietà da parte della Vs Amministrazione tale da supportare una tale richiesta.

Sarà ovviamente onere delle Aziende, in caso di necessità, provvedere all'aggiornamento tecnologico della strumentazione stessa.

RISPOSTA N. 20

Si conferma quanto scritto nel Disciplinare di Gara.