

**PROCEDURA APERTA PER L'ACQUISIZIONE MEDIANTE NOLEGGIO DI SISTEMI DIAGNOSTICI AUTOMATIZZATI E RELATIVI REAGENTI E MATERIALE ACCESSORIO PER IL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA PER UN PERIODO DI 3 ANNI, CON FACOLTA' DI RIPETIZIONE PER UN ULTERIORE PERIODO DI 2 ANNI - CIG B16206CF68**

**Quesito 1**

In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 5, in merito alla voce "SISTEMI MANUALI DI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA", si chiede se tale voce trattasi di refuso e se voleva essere inserita all'interno del blocco "KIT PER RICERCA ANTIGENI e ANTICORPI";

**Risposta 1**

La richiesta è relativa a sistemi di identificazione biochimica di tipo manuale di batteri e nulla ha a che vedere con ricerca di antigeni o anticorpi

**Quesito 2**

Si chiede se, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 79 - Allegato II.5, parte II, artt. 6, 7 e 8 del Codice degli Appalti, è possibile offrire per la voce "SISTEMI MANUALI DI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA: Campylobacter", un Test Immunocromatografico in Card per la rilevazione degli antigeni del Campylobacter in campioni di feci umane.

**Risposta 2**

La ricerca di antigeni di Campylobacter viene eseguita in campioni di feci umane

**Quesito 3**

In riferimento al Capitolato Tecnico pag. 5, alla voce "SISTEMI MANUALI DI IDENTIFICAZIONE BIOCHIMICA: Ricerca di micoplasmi urogenitali con approccio diretto E di screening (con almeno 10 antibiotici)", sono richiesti n. 350 test/anno.

Si chiede quanti dei test richiesti/anno vengono effettuati con Approccio diretto e quanti con Approccio di screening.

Si chiede inoltre, la possibilità di indicare la percentuale di Test Positivi.

**Risposta 3**

Dei 350 test richiesti per la ricerca di micoplasmi urogenitali 250 sono relativi a SCREENING e 100 ad APPROCCIO DIRETTO

Il numero di test positivi è un dato epidemiologico e non è rilevante ai fini della gara.