



Atti n. 1.06.03\443--2018



4102379

PGEN/ U - 11/04/2019 - 0004322

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano

SP: PRO

Spett.le
Erbe Italia srl
Viale Sarca, 336/F
20126 Milano (MI)

Raccomandata A.R.
Anticipata via e-mail

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ELETTROBISTURI PER LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI COD. CIG 76510126D5

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 34PRO del 5 aprile 2019 la Fondazione ha disposto l'aggiudicazione della procedura in oggetto alla società Megatec srl – Via Fratelli Cervi, 2/a – 20875 Burago di Molgora (MB), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di Euro 32.378,24 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza della ditta pari a Euro 388,53.

Si precisa che, durante la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, sono stati comunicati gli importi offerti dalle società concorrenti, di seguito riportati:

Megatec srl	€ 32.378,24 oltre IVA
Movi SpA	€ 38.055,50 oltre IVA
Medtronic Italia SpA	€ 28.000,00 oltre IVA
Erbe Italia srl	€ 44.657,50 oltre IVA

Si precisa inoltre che le risultanze dell'aggiudicazione relativamente alla procedura in parola sono disponibili sul sito internet della Fondazione www.istitutotumori.mi.it (Sezione Bandi e Gare).

L'accesso agli atti relativi alla procedura di cui trattasi potrà essere esercitato presso la s.c. Provveditorato della Fondazione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, previo appuntamento telefonico (tel. 02/23903812).

La garanzia provvisoria, la cui scansione è stata caricata sulla Piattaforma Sintel in sede di gara può ritenersi svincolata.

Distinti saluti

All.1

Il Dirigente
s.c. Provveditorato
(dott. Vito Ostello)

S.c. Provveditorato

Pratica trattata da: sig.ra Ester Scarpa (tel. 02 23 90 3812 fax 02 23 90 2526)



Atti n. 1.06.03\443--2018



4102379

PGEN/ U - 11/04/2019 - 0004322

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano

SP: PRO

Spett.le
Medtronic Italia SpA
Via Varesina, 162
20156 Milano (MI)

Raccomandata A.R.
Anticipata via e-mail

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ELETTROBISTURI PER LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI COD. CIG 76510126D5

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 34PRO del 5 aprile 2019 la Fondazione ha disposto l'aggiudicazione della procedura in oggetto alla società Megatec srl – Via Fratelli Cervi, 2/a – 20875 Burago di Molgora (MB), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di Euro 32.378,24 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza della ditta pari a Euro 388,53.

Si precisa che, durante la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, sono stati comunicati gli importi offerti dalle società concorrenti, di seguito riportati:

Megatec srl	€ 32.378,24 oltre IVA
Movi SpA	€ 38.055,50 oltre IVA
Medtronic Italia SpA	€ 28.000,00 oltre IVA
Erbe Italia srl	€ 44.657,50 oltre IVA

Si precisa inoltre che le risultanze dell'aggiudicazione relativamente alla procedura in parola sono disponibili sul sito internet della Fondazione www.istitutotumori.mi.it (Sezione Bandi e Gare).

L'accesso agli atti relativi alla procedura di cui trattasi potrà essere esercitato presso la s.c. Provveditorato della Fondazione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, previo appuntamento telefonico (tel. 02/23903812).

La garanzia provvisoria, la cui scansione è stata caricata sulla Piattaforma Sintel in sede di gara può ritenersi svincolata.

Distinti saluti

All.1

Il Dirigente
s.c. Provveditorato
(dott. Vito Ostello)

S.c. Provveditorato

Pratica trattata da: sig.ra Ester Scarpa (tel. 02 23 90 3812 fax 02 23 90 2526)



Atti n. 1.06.03\443--2018



4102379

PGEN/ U - 11/04/2019 - 0004322

Fondazione IRCCS Istituto Nazionale Tumori - Milano

SP: PRO

Spett.le
Movi SpA
Via Dione Cassio, 15
20138 Milano (MI)

Raccomandata A.R.
Anticipata via e-mail

Oggetto: PROCEDURA NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI N. 2 ELETTROBISTURI PER LA S.C. ANESTESIA E RIANIMAZIONE DELLA FONDAZIONE IRCCS ISTITUTO NAZIONALE TUMORI COD. CIG 76510126D5

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n. 5PRO del 5 aprile 2019 la Fondazione ha disposto l'aggiudicazione della procedura in oggetto alla società Megatec srl – Via Fratelli Cervi, 2/a – 20875 Burago di Molgora (MB), secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per un importo complessivo di Euro 32.378,24 oltre IVA, comprensivo degli oneri della sicurezza della ditta pari a Euro 388,53.

Si precisa che, durante la seduta pubblica di apertura delle offerte economiche, sono stati comunicati gli importi offerti dalle società concorrenti, di seguito riportati:

Megatec srl	€ 32.378,24 oltre IVA
Movi SpA	€ 38.055,50 oltre IVA
Medtronic Italia SpA	€ 28.000,00 oltre IVA
Erbe Italia srl	€ 44.657,50 oltre IVA

Si precisa inoltre che le risultanze dell'aggiudicazione relativamente alla procedura in parola sono disponibili sul sito internet della Fondazione www.istitutotumori.mi.it (Sezione Bandi e Gare).

L'accesso agli atti relativi alla procedura di cui trattasi potrà essere esercitato presso la s.c. Provveditorato della Fondazione dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, previo appuntamento telefonico (tel. 02/23903812).

La garanzia provvisoria, la cui scansione è stata caricata sulla Piattaforma Sintel in sede di gara può ritenersi svincolata.

Distinti saluti

Il Dirigente
s.c. Provveditorato
(dott. Vito Ostello)

All.1

S.c. Provveditorato

Pratica trattata da: sig.ra Ester Scarpa (tel. 02 23 90 3812 fax 02 23 90 2526)

Allegato 4

ELEMENTI QUALITATIVI		ERBE		JIMSON&JONSON		MEDTRONIC		MEGATEC		MOVI	
Punteggio MAX	COEFFICIENTE	PUNTI	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	PUNTI	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	PUNTI	GIUDIZIO	COEFFICIENTE	PUNTI
Potenza di taglio di almeno 300 Watt	6	1	6	potenza massima 400 W	0,6	3,6	potenza massima 300 W	1	6	potenza massima di taglio puro 350 W taglio miscelato fino a 400 W	1
Potenza di coagulazione di almeno 120 Watt	6	1	6	potenza massima 360 W	0,6	3,6	potenza massima 120 W	1	6	potenza massima 320 W	1
Diverse modalità di taglio e coagulazione	8	0,6	4,8	9 diverse modalità tra taglio e coagulo	0,6	4,8	3 modalità di taglio e 3 modalità di coagulo	1	8	presenti numerose modalità di taglio e coagulo presente anche coagulo e dissezione	0,8
Regolazione della potenza per eseguire tagli precisi;	7	0,8	5,6	regolazione automatica della potenza permette di erogare la potenza minima necessaria, permette di ottenere il minimo effetto/danno termico sul tessuto.	0,8	5,6	regolazione automatica in base all'impedenza con max 150 W	1	7	la precisione è garantita dagli incrementi minimi di Watt e grazie alla lettura dall'impedenza del tessuto fornisce solamente l'energia necessaria	1
Controllo dell'impedenza dell'elettrodo neutro	5	1	5	presente con monitoraggio costante del sufficiente contatto e del corretto allineamento con il campo operatorio ha anche il controllo per placche neonazali	1	5	viene monitorata costantemente e se supera i 135 ohm o il 30% dell'impedenza iniziale interrompe l'erogazione	1	5	controllo della quantità e della qualità del contatto. Il controllo di percentuale di adesione della piastra si adatta alla resistenza stessa del paziente	1
Aggiornabile a configurazioni superiori	4	1	4	piattaforma modulare completamente aggiornabile sia sw che hw e integrabile con eventuali moduli aggiuntivi	0,6	2,4	presenti	1	4	espandibile e aggiornabile sia a livello SW sia HW	1
Dotati di pedaliere dedicate alle diverse e specifiche funzioni	4	1	4	presenti	0,6	2,4	presenti	1	4	presenti	1
Almeno N.1 degli elettrobisturi deve essere dotato di modulo Argon	7	1	7	presente per un elettrobisturi: «3 diverse modalità di coagulazione emodistal in supporto alla chirurgia monopolare tradizionale e presa APC per strumenti con filtro integrato	0	0	no	1	7	presente: 1 corrente di taglio monopolare 4 correnti di coagulo monopolare	1
Possibilità di poter eseguire la sintesi dei vasi	7	0,6	4,2	presente: sintesi dei vasi fino a 7mm di diametro in grado di garantire una pressione minima di scoppio dei vasi fino a 890 mmHg	0	0	no	0,6	4,2	presente: sintesi dei vasi fino a 7mm di diametro, si garantisce un danno laterale termico di 2mm	0,8
Dotati di tutti i componenti necessari al completo e corretto funzionamento dell'apparecchiatura	5	1	5		0,6	3		1	5		1
Dimensioni e peso ridotti;	2	1	2	elettrobisturi:415x215x375 peso 12 Kg modulo argon: 415x100x175 peso 5,3 Kg	1	2	elettrobisturi:20x40x240,5 peso 8,65 Kg modulo argon: 45x240x614,2 peso 10,9 Kg	1	2	elettrobisturi:431x847,5 peso 12kg Argon: 43,349,748,9 peso 7,7kg	1
Dotati di carrelli per il trasporto	2	1	2	presente	1	2	presente	1	2	presente	1
Facilità d'uso	2	0,6	1,2	presenti 20 gruppi di programmi (che identificano una specialità) per ogni gruppo sono memorizzabili fino a 15 differenti programmi e per ogni gruppo fino a 6 sottoprogrammi	0,6	1,2		1	2	presenti 100 programmi impostabili	0,6
Mantenuzione	5	1	5		0,6	3		1	5		0,6
TOTALE			61,8			40,2			70		64,2

Handwritten signature and initials.

MOTIVAZIONI	
si preferiscono gli elettroblasti di MOV, MEGATEC ed ERBE per l'elevata potenza	
si preferiscono gli elettroblasti di MOV, MEGATEC ed ERBE per l'elevata potenza	
dalle prove pratiche risultano maggiormente performanti le modalità di taglio e coagulo degli elettroblasti di MEGATEC e MOV	
dalla prove pratiche risultano maggiormente performanti gli elettroblasti di MEGATEC e MOV risultano buone le performances degli altri elettroblasti	
tutti gli elettroblasti rispondono in maniera ottima alle esigenze degli utilizzatori	
tutti gli elettroblasti rispondono in maniera ottima alle esigenze degli utilizzatori	
da prove pratiche risultano migliori le pedaliere di ERBE, MEGATEC e MOV	
solamente JHONSON & JHONSON non offre il modulo ad ARGON	
solamente JHONSON & JHONSON non offre la sintesi dei vasi. Da prove pratiche risulta maggiormente performante l'elettroblasti di MEGATEC e MOV	
tutte le ditte rispondono in maniera ottimale al capitolato tranne JHONSON&JHONSON che non offre modulo ad argon e sintesi dei vasi	
tutti gli elettroblasti hanno dimensioni e pesi ridotti	
presente per tutte le ditte	
da prove pratiche risulta più semplice ed intuitivo l'elettroblasti di MEGATEC	
si preferiscono la ditta ERBE per i 36 mesi di garanzia e la ditta MEGATEC per i tempi di intervento e risoluzione del guasto	


